

質問及び回答（出水総合医療センター検査設備管理業務委託）

番号	該当資料名	頁	質問内容	回答
1	仕様書別紙1	P2	院内検査実績に BNP が含まれておりますが、これは NT-ProBNP への統一化、並びに外注検査への移行は可能でしょうか。	BNP に関して、NT-ProBNP への統一化は可能です。外注検査の必要が生じた場合は病院と受託者協議の上決定します。
2	様式5見積書		見積書に記載する金額は固定費、変動費の区分等の記載は不要で、総額のみ記載でよろしいでしょうか。	総額のみ記載してください。
3	仕様書8. 受託者の責務別紙2		9、尿沈査装置は UF-1500 への変更は可能でしょうか。	別紙2に記載のとおり UF-5000 と同等以上であれば問題ありません。今回御提案の UF-1500 は同等と認めます。
4	その他		<p>新分析装置、新検査システム導入時に事前準備・調整ができるスペース及び、システム関連機材を施錠保管できるスペースをご提供いただけますでしょうか。</p> <p>また事前準備・調整時に使用する試薬・消耗品を保管する試薬保冷库・フリーザーは貸していただけますでしょうか。</p>	<p>事前準備・調整ができるスペース及び、システム関連機材を施錠保管できるスペースについて、病院と受託者協議の上、診療に影響の無い範囲で提供することは可能です。</p> <p>事前準備・調整時に使用する試薬・消耗品を保管する試薬保冷库・フリーザーについては仕様書 P9-9-(2)-①-I のとおり受託者の負担とします。</p>